



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ГУСП)

П Р И К А З

« 5 » мая 2025 г.

№ 126

Москва

**Об утверждении Особых требований к знаку поверки
средств измерений военного и специального назначения
в Главном управлении специальных программ
Президента Российской Федерации**

В соответствии с пунктом 6 статьи 1 Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 31 декабря 2017 г. № 651 «Вопросы Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации», абзацем первым пункта 9 Положения об особенностях обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2009 г. № 780 «Об особенностях обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации», приказываю:

Утвердить прилагаемые Особые требования к знаку поверки средств измерений военного и специального назначения в Главном управлении специальных программ Президента Российской Федерации.

Начальник
Главного управления

А.Л. Линец

Приложение
к приказу Главного управления
специальных программ
Президента Российской Федерации
от « 5 » мая 2025 г. № 126

**Особые требования
к знаку поверки средств измерений военного и специального
назначения в Главном управлении специальных программ
Президента Российской Федерации**

1. В Главном управлении специальных программ Президента Российской Федерации используются знаки поверки средств измерений военного и специального назначения (далее – СИ) следующих видов¹:

оттиск;
наклейка.

Изображения и размеры знаков поверки СИ, используемых в ГУСПе, приведены в приложении к настоящим Особым требованиям.

2. Знаки поверки СИ должны содержать условный шифр подведомственной ГУСПу организации, выполнившей поверку СИ² (далее соответственно – условный шифр, организация).

3. Условный шифр присваивается начальником структурного подразделения ГУСПа, уполномоченным осуществлять мероприятия по аккредитации организаций на выполнение поверки СИ.

4. Оттиск знака поверки СИ наносится с помощью специального устройства и имеет форму окружности, в которой располагаются:

арабские цифры в верхней части знака поверки СИ, обозначающие месяц проведения поверки;

арабские цифры в средней части знака поверки СИ, обозначающие год проведения поверки;

заглавные буквы «ГУСП», расположенные в центре между предпоследней и последней цифрами года проведения поверки;

три арабские цифры в нижней части знака поверки СИ, обозначающие условный шифр организации.

5. Наклейка знака поверки СИ должна иметь форму прямоугольника, разделенного по вертикали на два поля:

поле с надписью «Знак поверки», заглавными буквами «ГУСП» и тремя арабскими цифрами условного шифра организации;

поле с порядковым номером наклейки и местом для нанесения даты проведения поверки.

¹ Пункт 3 требований к знаку поверки, утвержденных приказом Минпромторга России от 31 июля 2020 г. № 2510 (зарегистрирован Минюстом России 20 ноября 2020 г., регистрационный № 61033). В соответствии с пунктом 3 приказа Минпромторга России от 31 июля 2020 г. № 2510 данный документ действует до 1 января 2027 г.

² Правила аккредитации организаций и подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов на выполнение поверки средств измерений военного и специального назначения, аттестации эталонов единиц величин и обязательной метрологической экспертизы вооружения, военной и специальной техники и технической документации на них, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2014 г. № 1152.

Приложение
к Особым требованиям
к знаку поверки средств измерений
военного и специального назначения
в Главном управлении специальных
программ Президента Российской
Федерации, утвержденным приказом
Главного управления
специальных программ
Президента Российской Федерации
от «5» мая 2025 г. № 126

Рекомендуемый образец

**Изображения и размеры
знаков поверки средств измерений военного и специального
назначения, используемых в Главном управлении специальных
программ Президента Российской Федерации**

№ п/п	Вид знака поверки	Размер (диаметр), мм	Изображение		
1.	оттиск	3,5; 6; 8; 12; 18			
2.	наклейка	10×35	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center; vertical-align: middle;"> Знак поверки ГУСП 001 </td> <td style="width: 70%; text-align: center; vertical-align: middle;"> 000001 30.03.24 </td> </tr> </table>	Знак поверки ГУСП 001	000001 30.03.24
Знак поверки ГУСП 001	000001 30.03.24				